

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	E – 211
Šarža	07 07 21
Dátum výroby	20.07.2021
Dátum expirácie	20.01.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,009
6,25 U.ml ⁻¹	0,189
12,5 U.ml ⁻¹	0,382
25 U.ml ⁻¹	0,762
50 U.ml ⁻¹	1,176
100 U.ml ⁻¹	1,623

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 14	0,154	5,19
pozitívna	43 ± 9	1,006	37,32

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 20.07.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753. 622 8131