

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-LAKTÓZA-A

Katalógové číslo	E - 270
Šarža	07 07 21
Dátum výroby	20.07.2021
Dátum expirácie	20.04.2022

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,181
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,670
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,405

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 12, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 20.07.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131